

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EU DECLARATION OF CONFORMITY

vydané dle zákona č.90/2016 Sb. v platném znění / issued according to DECISION No 768/2008/EC as amended

Číslo / No.: 2022_11

My / We, **HAKEL spol. s r.o.**
Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČ: 62028006 /
Bratri Stefanu 980, 500 03 Hradec Kralove, Czech Republic Id. N.: 62028006

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že / declare under our sole responsibility that

výrobek / product: **Hlídač izolačního stavu pro zdravotnictví / Insulation Monitoring Device for healthcare****typ / type (model):** **HIG95-DELTA, HIG95-DELTA/SA**

je ve shodě s následujícími normami / complies with the following standards:

Mezinárodní normy / International standards	Evropské normy / European standards	České normy / Czech standards
IEC 61557-8:2014	EN 61557-8:2015	ČSN EN 61557-8 ed. 3
IEC 61557-1:2007	EN 61557-1:2007	ČSN EN 61557-1 ed. 2
IEC 60664-1:2007	EN 60664-1:2007	ČSN EN 60664-1 ed. 2
IEC 61557-8:2014 annex A	EN 61557-8:2015 annex A	ČSN EN 61557-8 ed. 3, příloha A
IEC 61557-8:2014 annex B	EN 61557-8:2015 annex B	ČSN EN 61557-8 ed. 3, příloha B
	HD 60364-4-41:2017	ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
	HD 60364-7-710:2012	ČSN 33 2000-7-710

a následujícími evropskými směrnici a nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů / and following European directives and government regulations (NV), as amended:

Evropské směrnice / European directives	Nařízení vlády / Government regulations
2014/30/EU	NV č. 117/2016 Sb.
2014/35/EU	NV č. 118/2016 Sb.
2011/65/EU	NV č. 481/2012 Sb.

Rok umístění označení „CE“ na výrobek / Year of location of marking „CE“ on the product: **2022****Místo vydání / Place of issue:****Hradec Králové / Hradec Kralove****Datum vydání / Date of issue:****01. 09. 2022****Zástupce výrobce a podpis / Manufacturer representative and signature:****Bc. Pavel Hudec****Funkce / Position:****jednatel / CEO**